

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Hữu Nghị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm các máy siêu âm của Bệnh viện Hữu Nghị với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Bệnh viện Hữu Nghị,
- Địa chỉ: số 1 Trần Khánh Dư, P.Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ks. Hoàng Tùng Bách, Phó trưởng phòng VT-TTBYT;
- Điện thoại: 0974.516.615;
- Email: vtktbvhn@gmail.com,

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng VT-TTBYT, tầng 3 nhà 8 Bệnh viện Hữu Nghị, số 1 Trần Khánh Dư, P.Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 24 tháng 4 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 13 tháng 5 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục bao gồm:

- 01 máy siêu âm Doppler màu, siêu âm qua trực tràng
- 01 máy siêu âm Doppler màu ≥ 3 đầu dò

(chi tiết theo bảng mô tả đính kèm)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: tại Bệnh viện Hữu Nghị, số 1 Trần Khánh Dư, P.Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý 2,3 năm 2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: 30% giá hợp đồng sau khi hợp đồng có hiệu lực, đồng thời Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư một chứng thư bảo lãnh tạm ứng có giá trị tương ứng với số tiền tạm ứng;

- Thanh toán 70% còn lại của Hợp đồng sau khi thanh lý hợp đồng và hoàn thiện các thủ tục thanh toán.

5. Các thông tin khác (nếu có):

- Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam gửi Bản chính kèm theo bản Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật và 01 USB có chứa tài liệu kỹ thuật (gồm Datasheet/Specification... bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt) và file mềm bản mô tả cấu hình và chi tiết yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa chào thầu (bằng tiếng Việt).

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN



Nguyễn Thanh Hà

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website của Bệnh viện Hữu Nghị.

Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá/

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/ khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá

giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

...., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
- (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
- (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.
- (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
- (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
- (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
- (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
- (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị

y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN

(Kèm theo thư mời chào giá ngày 24/4/2024 của Bệnh viện Hữu Nghị)

1. MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU, SIÊU ÂM QUA TRỰC TRÀNG

STT	Nội Dung
I. Yêu cầu chung	
1	Máy siêu âm Doppler màu, siêu âm trực tràng: 01 cái
2	Năm sản xuất, chất lượng: 2024 trở đi, mới 100%
3	Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
4	Nguồn điện: 220V/50 Hz
5	Điều kiện môi trường làm việc: + Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm tối đa: $\geq 80\%$
6	Sản xuất ở các nước thuộc khối G7
II. Yêu cầu về cấu hình	
	Máy siêu âm Doppler màu, siêu âm qua trực tràng, kèm theo phụ kiện, tối thiểu có:
	Đầu dò Convex bằng tần số rộng : 01 cái
	Đầu dò Linear bằng tần số rộng : 01 cái
	Đầu dò trực tràng (Endorectal) 2 bình diện: 01 cái
	Phần mềm kết nối chuẩn Dicom có bản quyền
	Phần mềm bao gồm cả hệ điều hành và các ứng dụng có bản quyền trọn đời máy
	Máy in ảnh siêu âm đen trắng: 01 cái
	Bộ máy Vi tính để bàn kèm máy in laser
	Bộ lưu điện online $\geq 2\text{kVA}$: 01 bộ
	Gel siêu âm
III. Tính năng kỹ thuật	
	Máy siêu âm Doppler màu, siêu âm trực tràng
	Màn hình hiển thị: màu LCD hoặc tương đương, kích thước $\geq 21\text{inches}$; Độ phân giải $\geq 1920 \times 1080$ pixel (Full HD)
	Màn hình điều khiển: màu LCD hoặc tương đương, kích thước $\geq 12\text{ inches}$; Độ phân giải $\geq 1280 \times 800$ pixel
	Bộ nhớ Cine: Dung lượng $\geq 960\text{ MB}$; Có thể phát lặp lại, Có thể phát lại cine ở chế độ Doppler hoặc M, Có thể ghi hình ảnh trực tiếp (Clip)
	Máy được thiết kế đồng bộ trên xe đẩy, bánh xe có khóa
	Số cổng kết nối đầu dò ≥ 03
	Màn hình có thể điều chỉnh lên, xuống, xoay, nâng góc
	Loa Stereo tích hợp
	Đầu dò Convex bằng tần số rộng
	Dải tần số: $\leq 1.5 - \geq 6.0\text{ MHz}$
	Góc trường nhìn $\geq 70^{\circ}$
	Ứng dụng: siêu âm ổ bụng – tổng quát, sản phụ khoa
	Đầu dò Linear bằng tần số rộng
	Dải tần số: $\leq 3.8 - \geq 14.0\text{ MHz}$
	Trường nhìn khoảng 38mm
	Ứng dụng: siêu âm mạch máu, cơ xương khớp, bộ phận nhỏ
	Đầu dò siêu âm trực tràng 2 bình diện
	Dải tần số: $\leq 4.5 - \geq 9.0\text{ MHz}$
	Góc trường nhìn $\geq 170^{\circ}$ và $\geq 56\text{ mm}$

	Ứng dụng: siêu âm trực tràng
	Bộ máy vi tính để bàn kèm máy in laser
	Máy tính: Máy tính nguyên chiếc, Vi xử lý: Intel Core I5 hoặc tương đương, tốc độ ≥ 3.0 GHz; Ram ≥ 8 GB; Ổ cứng ≥ 500 GB; Có cổng kết nối mạng LAN $\geq 10/100/1000$ Mbps; Màn hình màu LCD hoặc tương đương ≥ 21 inch; Hệ điều hành Windows có bản quyền
	Máy in laser đen trắng
	Tốc độ in ≥ 30 trang/phút; Khô giấy: A4/ A5; Số khay giấy ≥ 2 ; Cổng giao tiếp: USB; Kết nối được với hệ điều hành Windows có bản quyền sử dụng
	Bộ lưu điện online, công suất ≥ 2 KVA
	Thời gian lưu điện khi chạy 100 tải: ≥ 5 Phút
	Điện áp ra: 220V/50Hz, $\pm \leq 2\%$
	V. Yêu cầu khác
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng.
	Bàn giao, lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng thiết bị tại Bệnh viện

2. MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU ≥ 3 ĐẦU DÒ

STT	Nội Dung
I. Yêu cầu chung	
1	Máy siêu âm Doppler màu ≥ 03 đầu dò : 01 cái
2	Năm sản xuất, chất lượng: 2024 trở đi, mới 100%
3	Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
4	Nguồn điện: 220V/50 Hz
5	Điều kiện môi trường làm việc: + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C + Độ ẩm tối đa: ≥ 80%
6	Sản xuất ở các nước thuộc khối G7
II. Yêu cầu về cấu hình	
	Máy siêu âm Doppler màu ≥ 03 đầu dò, kèm theo phụ kiện, tối thiểu có:
	Đầu dò Convex bằng tần số rộng : 01 cái
	Đầu dò Linear bằng tần số rộng : 01 cái
	Đầu dò Sector : 01 cái
	Phần mềm kết nối chuẩn Dicom có bản quyền
	Phần mềm bao gồm cả hệ điều hành và các ứng dụng có bản quyền trọn đời máy
	Máy in ảnh siêu âm đen trắng: 01 cái
	Máy in ảnh siêu âm màu: 01 cái
	Bộ máy Vi tính để bàn kèm máy in laser
	Bộ lưu điện online ≥ 2kVA: 01 bộ
	Gel siêu âm
III. Tính năng kỹ thuật	
	Máy siêu âm Doppler màu ≥ 03 đầu dò
	Màn hình hiển thị: màu LCD hoặc tương đương, kích thước ≥ 21 inches; Độ phân giải ≥ 1920 x 1080 pixel (Full HD)
	Màn hình điều khiển: màu LCD hoặc tương đương, kích thước ≥ 10 inches; Độ phân giải ≥ 1280 x 800 pixel
	Bộ nhớ Cine: Dung lượng ≥ 960 MB; Có thể phát lặp lại, Có thể phát lại cine ở chế độ Doppler hoặc M, Có thể ghi hình ảnh trực tiếp (Clip)
	Máy được thiết kế đồng bộ trên xe đẩy, bánh xe có khóa
	Số cổng kết nối đầu dò ≥ 03
	Màn hình có thể điều chỉnh lên, xuống, xoay, nâng góc
	Loa Stereo tích hợp
	Đầu dò Convex bằng tần số rộng
	Dải tần số: ≤ 1.5 - ≥ 6.0 MHz
	Góc trường nhìn ≥ 70°
	Ứng dụng: siêu âm ổ bụng – tổng quát, sản phụ khoa
	Đầu dò Linear bằng tần số rộng
	Dải tần số: ≤ 3.8 – ≥ 14.0 MHz
	Trường nhìn khoảng 38mm
	Ứng dụng: siêu âm mạch máu, cơ xương khớp, bộ phận nhỏ
	Đầu dò Sector
	Dải tần số: ≤ 1.8 – ≥ 5.0 MHz
	Góc trường nhìn ≥ 90°
	Ứng dụng: tìm người lớn, Doppler xuyên sọ
	Máy in ảnh siêu âm đen trắng: Kiểu in nhiệt; Độ phân giải ≥ 325 dpi

	Máy in ảnh siêu âm màu: Kiểu in nhiệt; Độ phân giải $\geq 300 \times 300$ dpi
	Bộ máy vi tính để bàn kèm máy in laser
	Máy tính: Máy tính nguyên chiếc, Vi xử lý: Intel Core I5 hoặc tương đương, tốc độ ≥ 3.0 GHz; Ram ≥ 8 GB; Ổ cứng ≥ 500 GB; Có cổng kết nối mạng LAN $\geq 10/100/1000$ Mbps; Màn hình màu LCD hoặc tương đương ≥ 21 inch; Hệ điều hành Windows có bản quyền
	Máy in laser đen trắng
	Tốc độ in ≥ 30 trang/phút; Khổ giấy: A4/ A5; Số khay giấy ≥ 2 ; Cổng giao tiếp: USB; Kết nối được với hệ điều hành Windows có bản quyền sử dụng
	Bộ lưu điện online, công suất ≥ 2 KVA
	Thời gian lưu điện khi chạy 100 tải: ≥ 5 Phút
	Điện áp ra: 220V/50Hz, $\pm \leq 2\%$
	V. Yêu cầu khác
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng.
	Bàn giao, lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng thiết bị tại Bệnh viện